

Số: **1495** /BYT-TB-CTHà Nội, ngày **22** tháng **3** năm 2020V/v sử dụng vật liệu thay thế lớp
màng lọc trong khẩu trang y tế.

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại Việt Nam.

Ngày 01/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Để đảm bảo cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công thương, Bộ Y tế đã giao đơn vị chức năng đánh giá, thử nghiệm khẩu trang sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS) thay thế lớp màng vi lọc đang khan hiếm hiện nay.

Căn cứ văn bản số 133/CV-VTTB ngày 19/3/2020 của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế báo cáo kết quả thử nghiệm cho thấy có thể sử dụng vải không dệt 3 lớp SMS trên để thay thế lớp màng vi lọc đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN 9389-1:2010.

Trên cơ sở kết quả đánh giá trên, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế thông báo cho các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn:

+ Triển khai sản xuất sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS), thay thế lớp màng vi lọc để sản xuất khẩu trang y tế (trong trường hợp thiếu màng vi lọc).

+ Các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế tăng cường sản xuất, đảm bảo cung ứng và chất lượng khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế) để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Đ/c Bí thư BCSD BYT (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ/Cục: KHTC, PC, KBC, KHCCN&ĐT (để p/h);
- Lưu: VT, TB - CT.

**KT. BỘ TRƯỞNG**
THỨ TRƯỞNG**Trương Quốc Cường**